

Kielce, dnia 01.08.2016 r.

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce

Adres do korespondencji:

Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce

Do wszystkich Wykonawców

W postępowaniu nr:

K/D/1/2016

Dot.: zapytania ofertowego nr K/D/1/2016 na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego pod potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej Caritas w Kielcach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane przez Wykonawców, Caritas Diecezji Kieleckiej wyjaśnia:

Pytanie 1 – dot. pozycji 3 – Sprzęt do leczenia polem elektromagnetycznym

Czy Zamawiający zamiast urządzenia opisanego w SIWZ dopuści aparat
Aparat do terapii polem magnetycznym generujący pulsujące pole elektromagnetyczne
Liczba podłączeń do aplikatorów - 2
Kształt emitowanego pola – prostokątny
Czas trwania impulsu – 5ms
Częstotliwość - 1 do 750 Hz
Maksymalna indukcja magnetyczna 160 Gauss
Współpraca z aplikatorami 30 cm i 61 cm oraz aplikatorami płaskimi
Zegar do 240 minut
Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola
Bank gotowych programów terapeutycznych (90)
Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych
Kartoteka danych pacjenta
Wymiary: 270 x 328 x 230mm (dł. x szer. x wys.)
Waga: 3,8kg
Klasa bezpieczeństwa: klasa I, typ BF
Wyposażenie:
- aplikatory płaskie 150mm – 2 szt.
- aplikator szpulowy 610 mm – 1szt.
- aplikator szpulowy 300 mm – 1szt.
- pasy do mocowania aplikatorów
- kabel zasilający

- instrukcja obsługi w języku polskim

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści aparatu o parametrach podanych przez Wykonawcę w Pytaniu 1 – z uwagi na niespełnienie wszystkich oczekiwanych parametrów.

Pytanie 2 – dot. pozycji 4 – Sprzęt do kinezyterapii ugul z osprzetem

Czy Zamawiający dopuści osprzęt do UGUL'a:

Linka do zawieszzeń 1,6m 10 szt.

Linka do zawieszzeń 0,96m 2 szt.

Linka do ćwiczeń samowspomaganych 2,25m 1 szt.

Linka do ćwiczeń samowspomaganych 5,50 1 szt.

Linka do ćwiczeń oporowych 3,5m 2 szt.

Podwieszka przedramion i podudzi 0,11 x 0,47m 4szt.

Podwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15m 4 szt.

Podwieszka pod miednicę 0,9 x 0,22m 1 szt.

Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x 0,24x 0,11 1 szt.

Podwieszka pod głowę 0,62 x 0,17m 1szt.

Podwieszka wąska pod stopę 0,6 x 0,54m 2 szt.

Podwieszka dwustawowa 2 szt.

Uniwersalny pas do wyciągu za miednicę 1 szt.

Kamaszek do ćwiczeń i wyciągów 1 szt.

Obciążnik 0,5 kg 2 szt.

Obciążnik 1,0 kg 2 szt.

Obciążnik 1,5 kg 1 szt.

Obciążnik 2,0 kg 1 szt.

Obciążnik 2,5 kg 1 szt.

Obciążnik 3,0 kg 1 szt.

Mankiet nadgarstkowy 0,25 x 0,08 m 1szt.

Mankiet nadkostkowy 0,33 x 0,1 m 1 szt.

Mankiet udowy 0,48 x 0,11 m 1 szt.

Esik- hak do zawieszzeń 30 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści osprzęt o parametrach podanych w Pytaniu 2 przez Wykonawcę.

Ks. Stanisław Słowik

Dyrektor

Caritas Diecezji Kieleckiej