

Kielce, dnia 08.08.2016 r.

**CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ**

**Ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce**

*Adres do korespondencji:*

**Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce**

*Do wszystkich Wykonawców*

*W postępowaniu nr:*

*K/D/3/2016*

*Dot.: zapytania ofertowego nr K/D/3/2016 na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego pod potrzeby  
Dziennego Domu Opieki Medycznej Caritas w Kielcach*

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

W odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane przez Wykonawców, Caritas Diecezji Kieleckiej wyjaśnia:

**Pytanie 1 – dot. pozycji 3 – Sprzęt do leczenia polem elektromagnetycznym**

Czy Zamawiający dopuści aparat o lepszych parametrach niż opisany w SIWZ, tj.  
Aparat do terapii polem magnetycznym generujący pulsujące pole elektromagnetyczne  
Liczba podłączeń do aplikatorów - 2  
Kształt emitowanego pola – prostokątny  
Czas trwania impulsu – 5ms  
Częstotliwość - 1 do 750 Hz  
Maksymalna indukcja magnetyczna 160 Gauss  
Współpraca z aplikatorami 30 cm i 61 cm oraz aplikatorami płaskimi  
Zegar do 240 minut  
Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola  
Bank gotowych programów terapeutycznych (90)  
Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych  
Kartoteka danych pacjenta  
Wymiary: 270 x 328 x 230mm (dł. x szer. x wys.)  
Waga: 3,8kg  
Klasa bezpieczeństwa: klasa I, typ BF  
Wyposażenie:  
- aplikatory płaskie 150mm – 2 szt.  
- aplikator szpulowy 610 mm – 1szt.  
- aplikator szpulowy 300 mm – 1szt.  
- pasy do mocowania aplikatorów  
- kabel zasilający  
- instrukcja obsługi w języku polskim

***Odpowiedź Zamawiającego:***

**Zamawiający nie dopuści aparatu o parametrach podanych przez Wykonawcę w Pytaniu 1  
– z uwagi na niespełnienie wszystkich minimalnych parametrów opisanych w Zapytaniu**

**Ofertowym.**

**Pytanie 2 – dot. pozycji 4 – Sprzęt do kinezyterapii ugul z osprzetem**

Czy Zamawiający dopuści osprzet do UGUL'a:

Linka do zawieszzeń 1,6m 10 szt.  
Linka do zawieszzeń 0,96m 2 szt.  
Linka do ćwiczeń samowspomaganych 2,25m 1 szt.  
Linka do ćwiczeń samowspomaganych 5,50 1 szt.  
Linka do ćwiczeń oporowych 3,5m 2 szt.  
Podwieszka przedramion i podudzi 0,11 x 0,47m 4szt.  
Podwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15m 4 szt.  
Podwieszka pod miednicę 0,9 x 0,22m 1 szt.  
Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x 0,24x 0,11 1 szt.  
Podwieszka pod głowę 0,62 x 0,17m 1szt.  
Podwieszka wąska pod stopę 0,6 x 0,54m 2 szt.  
Podwieszka dwustawowa 2 szt.  
Uniwersalny pas do wyciągu za miednicę 1 szt.  
Kamaszek do ćwiczeń i wyciągów 1 szt.  
Obciążnik 0,5 kg 2 szt.  
Obciążnik 1,0 kg 2 szt.  
Obciążnik 1,5 kg 1 szt.  
Obciążnik 2,0 kg 1 szt.  
Obciążnik 2,5 kg 1 szt.  
Obciążnik 3,0 kg 1 szt.  
Mankiet nadgarstkowy 0,25 x 0,08 m 1szt.  
Mankiet nadkostkowy 0,33 x 0,1 m 1 szt.  
Mankiet udowy 0,48 x 0,11 m 1 szt.  
Esik- hak do zawieszzeń 30 szt.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

**Zamawiający dopuści osprzet o parametrach podanych w Pytaniu 2 przez Wykonawcę.**

**Pytanie 3 – dot. pozycji 3 – Sprzęt do leczenia polem elektromagnetycznym**

Czy Zamawiający wymaga aby sprzęt do leczenia polem magnetycznym, poz. 3 był wyposażony w leżankę na której znajduje się aplikator 70cm zamiast aplikatora 60cm? Takie rozwiązanie znacznie ułatwia pracę terapeutę i pozwala swobodnie przesuwac aplikator wzdłuż leżanki.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

**Zamawiający nie wymaga aby sprzęt do leczenia polem magnetycznym był wyposażony w leżankę. Jednak możemy zgodzić się na zmianę aplikatora 60 cm na 70 cm z leżanką pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zamówienia.**

*Ks. Stanisław Słowik*



Dyrektor

Caritas Diecezji Kieleckiej